



Zertifikat



Nachgewiesene Biokompatibilität

- Keine Schädigung gesunder Haut -

Testmaterial: mit Anti-Keim-Beschichtung behandeltes Textilgewebe für Mund-Nasen-Schutz

Testlabor: ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil und Kunststoffe, Rudolstadt

Methode: Bestimmung der in-vitro-Zytotoxizität nach DIN EN ISO 10993-5:2009 Extrakt-Verfahren

Prüfbericht: 2045B-0040

Ergebnis: Das Testmaterial zeigt keinerlei zytotoxische Wirkungen auf Bindegewebszellen (Fibroblasten). Der Einsatz auf der gesunden Haut wird daher als bedenkenlos eingestuft.



Michael Weber
Inhaber



W-TEC. safe. dry. clean.

Inhaber Michael Weber
Hauptstraße 58
89343 Jettigen/Scheppach

Kontakt

T. +49 (0) 171 – 56 25 327
info@safe-dry-clean.de
www.safe-dry-clean.de

Bankverbindung

Raiffeisenbank Thannhausen
DE357206 9235 0000 095621
BIC: GENODEF1THS

USt.IdNr.: DE130856765
Finanzamt Günzburg